REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN
EICH- UND BESCHUSSWESEN BADEN-WÜRTTEMBERG
Office of Legal Metrology of the State of Baden-Württemberg (Germany)

DIE BEI DEN MESSUNGEN VERWENDETEN NORMALE SIND AUF DIE NATIONALEN NORMALE BEI DER PHYSIKALISCH-TECHNISCHEN BUNDESANSTALT RÜCKGEFÜHRT
THE STANDARDS USED FOR THE MEASUREMENTS ARE TRACEABLE TO THE NATIONAL STANDARDS AT THE PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT.

Eichschein

Verification certificate

Nummer *Number*	**RV-24-756-00089**
Gegenstand *Object*	Nichtselbsttätige Waage der Genauigkeitsklasse III Höchstlast: 60000kg, e = 20kg
Identifikation *Identification*	Fabr. Nr.: 2434005 Typ: DD 700
Hersteller *Manufacturer*	Pfister
Antragsteller *Applicant*	SWH Altholzshredderwerk Herbertingen GmbH Eisenbahnstr. 19 88518 Herbertingen
Prüfverfahren *Test procedure*	Entsprechend Abschnitt 6 der Prüfanweisung „Gesetzliches Messwesen – Prüfanweisung für nichtselbsttätige Waagen (GM-P 2.3 NSW)“
Ergebnis *Result*	Das Messgerät entspricht den Anforderungen des MessEG und der MessEV.
Ort und Datum der Eichung *Place and date of verification*	Herbertingen, 02.09.2024

Eichfrist endet am 31.12.2027
Verification period until

Eichkennzeichen
Verification marking



Angegeben ist die Eichfrist gemäß §34 Mess- und Eichverordnung. Die Eichfrist endet vorzeitig, wenn eine der in §37 Absatz 2 des Mess- und Eichgesetzes beschriebenen Veränderungen eingetreten ist.
Declared is the verification period according to §34 Mess- und Eichverordnung. The verification period ends early if one of the changes listed in §37 section 2 of the Mess- und Eichgesetz has occurred.

Dieser Eichschein darf nur unverändert weiterverbreitet werden.
This verification certificate may only be reproduced in unchanged form.

Ort und Datum *Place and date*	Im Auftrag *By order*
Ravensburg, 26.09.2024	Oliver Müller

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift und Siegel gültig.
This document was generated electronically and is valid without signature and seal